

GRÖSSENANGABEN: LMA, TRACHEALTUBEN, FIBEROPTIKEN UND AIRWAY EXCHANGER

cLMA Körpergewicht (kg)

1	< 5 kg
1.5	5 – 10 kg
2	10 – 20 kg
2.5	15 – 30 kg
3	30 – 50 kg
4	50 – 70 kg
5	> 70 kg

**cLMA Endotrachealtubus
ID (mm)**

1	bis 3.0 mm ungecufft
1.5	bis 3.5 mm ungecufft
2	bis 4.5 mm ungecufft
2.5	bis 5.0 mm ungecufft
3.0	bis 6.0 mm gecufft
4	bis 7.0 mm gecufft
5	bis 7.5 mm gecufft

**Fiberoptik Endotrachealtubus
OD (mm) ID (mm)**

2.0	ab 2.5 mm
2.5	ab 3.0 mm
2.8	ab 3.5 mm
3.5	ab 4.0 mm
4.1	ab 5.0 mm
5.0	ab 5.5 mm

Airway Exchanger

Cook	7F	ab ID 2.5 mm
Cook	8 F	ab ID 3.0 mm
Cook	11 F	ab ID 4.0 mm
Cook	14 F	ab ID 5.5 mm*
Cook	19 F	ab ID 7.0 mm

*Gemäss der Firma Cook Medical soll der Cook 14 F Airway Exchanger bereits ab Tubusgrössen ID 5.0 mm passend sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies zu knapp bemessen ist. Die Firma wurde informiert.